


# 1) 透析液水質管理状況

## (4) エンドトキシン捕捉フィルタ (ETRF) 装着状況 (図表25)



ETRF装着	あり	なし	合計	記載なし	総計
施設数	3,354	658	4,012	60	4,072
頻度 (%)	83.6	16.4	100.0		

ETRF装着	あり	なし	合計
コンソール台数	70,104	40,405	110,509
頻度 (%)	63.4	36.6	100.0

施設調査による集計

### 解説

ETRFの装着について4,012施設から回答を得た。  
 83.6%の施設においてETRFが装着されており、2007年末より1.9%増加した。  
 回答のあった4,012施設には110,509台のベッドサイドコンソールがあり、その63.4%にETRFが装着されており、この比率も昨年より3.7%増加した。