


# 1) 透析液水質管理状況

## (5) ETRF装着施設の透析液細菌数分布 (図表26)



細菌数 (cfu/mL)	0.1 未満	0.1 ~	1 ~	10 ~	100 ~	合計	不明	記載なし	総計
施設数	1,035	359	304	143	32	1,873	407	1,211	3,491
(%)	55.3	19.2	16.2	7.6	1.7	100.0			

施設調査による集計

### 解説

ETRF装着施設3,491施設のうち1,873施設から透析液細菌数の回答が得られた(回答率53.7%)。この1,873施設のうち98.3%が日本透析医学会の水質管理基準である100cfu/mL未満を達成しており、これは全体の達成率98.2%を0.1ポイント上回っていた。また、超純水透析液を担保する0.1cfu/mLの達成率も55.3%と全体の達成率(54.5%)を0.8ポイント上回っていた。